

**2023 жылға арналған дәрі-дәрмектер мен
медициналық бұйымдарды сатып алу
бойынша тендердің**

**ҚОРЫТЫНДЫ ХАТТАМАСЫ
№8 (204-П)**

Алматы қ. «17» тамыз 2023 жыл
Тендерді ұйымдастырушы: АҚ «А.Н. Сызганов атындағы хирургия ұлттық ғылыми орталығы»
Занды мекен-жайы: Қазақстан, Алматы, Желтоқсан көш., 51 және 62.
БСН 990240008204
ЖСК KZ638560000004322828
БСК КСJBKZKX
АҚ «БанкЦентрКредит»
Валюта шоты: KZT
«Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысына (бұдан әрі - қағидалар) сәйкес ұйымдастырушы дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдарды тендерлік тәсілмен сатып алуды жүргізді.

Құрамдағы тендерлік комиссия:

Тендерлік комиссия төрағасы:

Каниев Шокан Ахмедбекович - бас дәрігер;

Тендерлік комиссия төрағасының орынбасары:

Тұңғатов Қайрат Хасипұлы - Басқарма төрағасының қаржы-экономикалық және ұйымдастыру қызметі жөніндегі орынбасары;

Тендерлік комиссия мүшелері:

Никбаев Бакытжан Беркутбайұлы - кадр жұмысы және құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің бастығы;

Кеншинбаева Лола Еркеновна – дәріхана меңгерушісі;

Мукажанова Назигуль Мухамедьяровна - мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы;

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ
№8 (204-П)**

**тендера по закупкам лекарственных
средств и медицинских изделий на 2023
год.**

г.Алматы «17» август 2023 года
Организатор тендера: АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова»

Юридический адрес: Казахстан, Алматы, ул. Желтоқсан, д.51, 62.

БИН 990240008204

ИИК KZ638560000004322828

БИК КСJBKZKX

АО «БанкЦентрКредит»

Валюта счета: KZT

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (далее - Правила) Организатор провел закупки способом тендера по закупкам лекарственных средств и медицинских изделий.

Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии:

Каниев Шокан Ахмедбекович – главный врач;

Заместитель председателя тендерной комиссии:

Тунгатов Қайрат Хасипович – заместитель председателя правления по финансово-экономической и организационной деятельности;

Члены тендерной комиссии:

Никбаев Бакытжан Беркутбаевич – начальник отдела кадровой работы и правового обеспечения;

Кеншинбаева Лола Еркеновна- заведующая аптекой;

Мукажанова Назигуль Мухамедьяровна - начальник отдела по государственным

Тендерлік комиссия хатшысы:
Жанабайқызы Қарақат - мемлекеттік сатып алу бөлімінің менеджері;

закупкам;
Секретарь тендерной комиссии:
Жанабайқызы Қарақат – менеджер отдела государственных закупок;

Лоттың № / № лота	Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың атауы мен қысқаша сипаттамасы / Наименование и краткое описание лекарственных средств и медицинских изделий
1	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор с подкожным дефибриллирующим электродом, МРТ совместимый
2	Человеческий нормальный иммуноглобулин раствор для инфузий. Человеческий нормальный иммуноглобулин G не менее 95%, в пересчете на белок 100 мг/мл

Тендерге бөлінген жалпы сома:
38 550 637,55 (отыз сегіз миллион бес жүз елу мың алты жүз отыз жеті) теңге 55 тиын;

Сумма, выделенная для закупки:
38 550 637,55 (тридцать восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот тридцать семь) тенге 55 тиын;

№	Әлеуетті өнім берушілердің атауы мен орналасқан жері және біліктілік деректері / Наименование и местонахождения и квалификационные данные потенциальных поставщиков	Тендерлік өтінім / Тендерная заявка	Тендерлік өтінімнің техникалық бөлігі / Техническая часть тендерной заявки	Тендерге қатысуға кепілдік беру / Гарантийное обеспечение на участие в тендере	Әлеуетті өнім берушілердің квалификациялары бойынша банкроттық немесе ликвидацияға жатпайтыны туралы мәлімет / Соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации
1	ТОО «Dana Estrella» г.Алматы, ул. Гоголя, 89А, офис 101.	иә / да	иә / да	иә / да	иә / да
2	ТОО «Pharm Stock Medicines.Kz» г.Алматы, ул.Ходжанова 55/9.	иә / да	иә / да	иә / да	иә / да

Тендерлік құжаттамаға сәйкес әрбір тендерлік өтінімнің бағасы және басқа шарттары / Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией

Лоттың № / № лота	Медициналық бұйымдардың атауы мен қысқаша сипаттамасы / Наименование и краткое описание медицинских изделий	Өлшем бірлік / Единица измерения	Саны / Количество	Бірлік бағасы / Цена за единицу	Өнім берушінің бірлік бағасы / Цена за единицу поставщика ТОО " Dana Estrella "	Өнім берушінің бірлік бағасы / Цена за единицу поставщика ТОО «Pharm Stock Medicines.Kz»
1	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор с подкожным дефибриллирующим электродом, МРТ совместимый	дана / штук	2,00	14 500 000,00	14 500 000,00	
2	Человеческий нормальный иммуноглобулин раствор для инфузий. Человеческий нормальный иммуноглобулин G не менее 95%, в пересчете на белок 100 мг/мл	Құты / флакон	45,00	212 236,39		164 705,80

Лоттар бойынша тендерлік өтінімдерді бағалау және салыстыру:
Изложение оценки и сопоставление тендерных заявок по лотам:

ЛОТ №1

№ лота	Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасы / Техническая спецификация Заказчика	Өнім берушінің техникалық сипаттамасы / Техническая спецификация Поставщика ТОО «ФирмаМеда»	Бағалау және салыстыру / Оценка и сопоставления
1	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор с подкожным дефибриллирующим электродом, МРТ совместимый Стерильный имплантируемый генератор импульсов с системой	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор с подкожным дефибриллирующим электродом, МРТ совместимый Регистрационное наименование: Система EMBLEM S-ICD для	Соответствует

	<p>распознавания нарушений сердечного ритма при анализе электрокардиограмм (ЭКГ). Устройство подаёт на сердечную мышцу электрический импульс с целью восстановления нормального ритма сердечной деятельности или замедления учащенного сердцебиения. Оно имплантируется в карман под кожей в области грудной клетки пациента и имеет присоединенное отведение, которые размещают под кожей грудной клетки в области сердца с целью мониторинга ЭКГ и автоматической подачи электрических импульсов. Устройство содержит внутренние батареи для обеспечения питания. Его часто называют автоматическим имплантируемым кардиовертером-дефибриллятором (АИКД). Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования до 1,5Т безопасно для пациента. Вес (г), не более-130. Объем (см3), не более -60. Номинальный срок службы, лет, не менее-7,3. Материал корпуса- титан. МРТ-совместимость- наличие. Число зон тахикардии, не менее- 2. Минимальная частота распознавания тахикардии(уд/мин), не менее-170. Диапазон программирования частоты для зоны шока, ударов в минуту не уже- 170 – 250. Диапазон программирования частоты для зоны дискриминации аритмий, ударов в минуту не уже- 170 – 240. Постшоковая стимуляция- наличие. Количество векторов восприятия (детекции), не менее-3. Максимальная энергия заряда, ДЖ, не менее-80. Диапазон применяемой энергии кардиоверсии для лечения желудочковых тахикардий, Дж, не уже- 10 – 80. Количество шок на эпизод, не менее-5. Количество сохраненных в памяти эпизодов аритмий, не менее-40. Количество сохраненных в памяти эпизодов фибрилляции предсердий, не менее- 7. Подкожный дефибриллирующий электрод в комплекте- наличие. Тип электрода- триполярный. Длина электрода (см), не менее-45. Максимальный диаметр электрода, мм, не более-3,84. Материал изоляции электрода-полиуретан. Площадь дефибриллирующей спирали, мм2, не менее-750. Площадь проксимального электрода, мм2, не менее-46. Площадь дистального электрода, мм2, не менее-36. Межполюсное расстояние электрода, мм, не менее-120.</p>	<p>лечения нарушений сердечного ритма с принадлежностями Страна происхождения: Соединённые Штаты Америки Завод-изготовитель: Boston Scientific Corporation Регистрация в РК: РК-МИ (ИМН) - №021859 от 22.01.2021 г. Стерильный имплантируемый генератор импульсов с системой распознавания нарушений сердечного ритма при анализе электрокардиограмм (ЭКГ). Устройство подаёт на сердечную мышцу электрический импульс с целью восстановления нормального ритма сердечной деятельности или замедления учащенного сердцебиения. Оно имплантируется в карман под кожей в области грудной клетки пациента и имеет присоединенное отведение, которые размещают под кожей грудной клетки в области сердца с целью мониторинга ЭКГ и автоматической подачи электрических импульсов. Устройство содержит внутренние батареи для обеспечения питания. Его часто называют автоматическим имплантируемым кардиовертером-дефибриллятором (АИКД). Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования до 1,5Т безопасно для пациента. Вес (г), не более-130. Объем (см3), не более -60. Номинальный срок службы, лет, не менее-7,3. Материал корпуса- титан. МРТ-совместимость- наличие. Число зон тахикардии, не менее- 2. Минимальная частота распознавания тахикардии(уд/мин), не менее-170. Диапазон программирования частоты для зоны шока, ударов в минуту не уже- 170 – 250. Диапазон программирования частоты для зоны дискриминации аритмий, ударов в минуту не уже- 170 – 240. Постшоковая стимуляция- наличие. Количество векторов восприятия (детекции), не менее-3. Максимальная энергия заряда, ДЖ, не менее- 80. Диапазон применяемой энергии кардиоверсии для лечения желудочковых тахикардий, Дж, не уже- 10 – 80. Количество шок на эпизод, не менее-5. Количество сохраненных в памяти эпизодов аритмий, не менее-40. Количество сохраненных в памяти эпизодов фибрилляции предсердий, не менее- 7. Подкожный дефибриллирующий электрод в комплекте- наличие. Тип электрода- триполярный. Длина электрода (см), не менее-45. Максимальный диаметр электрода, мм, не более-3,84. Материал изоляции электрода-полиуретан. Площадь дефибриллирующей спирали, мм2, не менее-750. Площадь проксимального электрода, мм2, не менее-46. Площадь дистального электрода, мм2, не менее-36. Межполюсное расстояние электрода, мм, не менее-120</p>	
--	--	---	--

ЛОТ №2

№ лота	Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасы/ Техническая спецификация Заказчика	Өнім берушінің техникалық сипаттамасы / Техническая спецификация Поставщика ТОО «Медэкс Плюс»	Бағалау және салыстыру / Оценка и сопоставления
2	Человеческий нормальный иммуноглобулин раствор для инфузий. Человеческий нормальный иммуноглобулин G не менее 95%, в пересчете на белок 100 мг/мл	Человеческий нормальный иммуноглобулин раствор для инфузий. Регистрационное наименование: Пангиза Страна происхождения: Франция Завод-изготовитель: Ostarpharma-Lingolsheim Регистрация в РК: РК-БП-5 №024174 от 19.06.2019 г. Человеческий нормальный иммуноглобулин G не менее 95%, в пересчете на белок 100 мг/мл	Соответствует

<p>Лоттар бойынша бәсекелестіктің болмауына байланысты немесе лоттар бойынша бәсекелестердің тендерлік өтінімдері қабылданбаған кезде Қағиданың 130-43-тармағына сәйкес тендерлік комиссия тендерлік өтінімді жалғыз тиісті деп таныған әлеуетті өнім беруші тендердің жеңімпазы болып танылады:</p> <p>Лот №1 бойынша жеңімпаз «Тері астындағы дефибрилляциялық электроды бар имплантацияланатын кардиовертер-дефибриллятор, МРТ үйлесімдігі» ЖШС «Dana Estrella» Алматы қ, Гоголь көшесі, 89А, 101 кеңсе.</p> <p>Лот №2 бойынша жеңімпаз «Адамның қалыпты иммуноглобулины инфузияға арналған ерітінді. Адамның қалыпты иммуноглобулині G кем дегенде 95%, ақуызға 100 мг / мл» ЖШС «Pharm Stock Medicines.Kz» Алматы қ, Ходжанова көшесі 55/9.</p>	<p>В соответствии пункта 130-43 Правил ввиду отсутствия конкуренции по лоту или при отклонения тендерных заявок конкурентов по лотам победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей:</p> <p>Победитель по лоту №1 «Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор с подкожным дефибриллирующим электродом, МРТ совместимый» ТОО «Dana Estrella» г.Алматы, ул. Гоголя, 89А, офис 101.</p> <p>Победитель по лоту №2 «Человеческий нормальный иммуноглобулин раствор для инфузий. Человеческий нормальный иммуноглобулин G не менее 95%, в пересчете на белок 100 мг/мл» ТОО «Pharm Stock Medicines.Kz» г.Алматы, ул.Ходжанова 55/9</p>
---	--

<p>Тапсырыс беруші тендерлік қортығынды шаққан күннен кейін Өнім берушілерге қол қойылған келісім шартты бес күнтізбелік күні аралығында жібереді.</p> <p>Мынадай құрамда сарапшылар комиссиясы тартылды:</p> <p>Баимбетов Әділ Құдайбергеноұлы - рентгенохирургия, интервенциялық кардиология және аритмология бөлімшесінің меңгерушісі;</p>	<p>Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направит поставщику подписанный договор закупа.</p> <p>Привлечены эксперты в следующем составе: Баимбетов Адиль Кудайбергенович - заведующий отделением рентгенохирургии, интервенционной кардиологии и аритмологии;</p>
--	---

Шешім қабылданып дауыс берілді / За данное решение проголосовали:

ИӨ - ЗА - 5 дауыс / голосов;

ҚАРСЫ / ПРОТИВ – 0 дауыс / голосов

Комиссия төрағасы	Председатель комиссии	Каниев Ш.А.	_____
Комиссия төрағасының орынбасары	Заместитель председателя комиссии	Тунгатов К.Х.	_____
Комиссия мүшесі	Член комиссии	Никбаев Б.Б.	_____
Комиссия мүшесі	Член комиссии	Кеншинбаева Л.Е.	_____
Комиссия мүшесі	Член комиссии	Мукажанова Н.М.	_____
Комиссия хатшысы	Секретарь комиссии	Жанабайқызы Қ.	_____